CNOMO

TENDANCE AU MOUSSAGE DES LIQUIDES D'USINAGE AQUEUX

SPÉCIFICATIONS

Normes
NFT 60185 et méthodes associées

Principe
Le test consiste à faire circuler un liquide à l'aide d'une pompe. Le liquide provient d'une virole calibrée à une hauteur spécifiée dans un cylindre en verre gradué, de sorte qu'il finit par créer de la mousse.
Le volume de mousse créé lors du test permet de caractériser la tendance au moussage et / ou la stabilité.

CONDITIONS DE LIVRAISON

Détail de la livraison

23360 Appareil est livré avec :

- 2 mètres de tube silicone versilic 10 x 14 mm REF 14094
- 1 pince 3 doigts en alliage laboral REF 16254
- 1 statif à base trépied diam : 12 x 800 mm REF 16324
- 1 noix universelle REF 16329
- 1 éprouvette pour essai CNOMO REF 23340
- 1 débitmètre 30-300 l/h pour eau ou huile soluble de densité 1,02 et viscosité de 1 CP, REF 23344
- 1 pompe centrifuge à entraînement magnétique REF 27591
- 1 variateur de fréquence pour pompe REF 27619

Conditions requises pour l'installation :

Alimentation électrique : AC 200V, 50 Hz, 0,5A

Accessoires
Thermostat pour test CNOMO à 23 ° C
(Livré sans thermostat)



NORMALAB
www.normalab.com

CONTACT :
ventes@normalab.com (France)
sales@normalab.com (Export)

Normalab France SAS
76190 Valliquerville - France
Tel. : +33 232.700.100
Fax. : +33 232.704.732

DISTRIBUE PAR